

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 28 października 2021 r.

NCM-DZ/384/2021

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na dostawę aparatu USG do Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

Zamawiający przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy punktu 5 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o ilości kanałów przetwarzania 1 032 2902.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, punktacja za ten parametr pozostaje bez zmian, tj. za liczbę kanałów 1 100 000 lub niżej – 0 punktów, liczba kanałów powyżej 1 100 000- 5 punktów.

2. Dotyczy punktu 23 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie głębokości penetracji 1 – 35 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zależy nam na jak największej głębokości, gdyż mamy głównie dorosłych pacjentów, w większości otyłych.

3. Dotyczy punktu 31 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z regulacją bramki dopplerowskiej w zakresie 0.2 – 20 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Dotyczy punktu 52 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą convex o częstotliwości pracy 2,2 – 7,0 MHz spełniającej pozostałe parametry.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Dotyczy punktu 53 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniową o częstotliwości pracy 2,9 – 13,3 MHz i ilości elementów akustycznych 192 wykonanej w technologii Hanfy Lens co odpowiada 380 elementom wykonanej w tradycyjnej technologii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że głowica spełnia pozostałe wymagania opisane w załączniku nr 2, tj. wymagana szerokość głowicy i możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej.

6. Dotyczy punktu 62 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o podaną funkcję.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Jacek Kacperski
.....
podpis Kierownika Zamawiającego